

平成 28 年 8 月吉日

お取引先各位

白井松器械株式会社  
代表取締役社長  
弘野 俊彦  
総括製造販売責任者  
五十嵐 基樹

## 汎用凍結手術装置 「スペンブリー142システム」

### メンテナンスに関するお知らせ

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品のご利用、ご愛用誠にありがとうございます。

弊社 142 システムは製造元である米国インテグラニューロサイエンス社から輸入販売させて頂いておりましたが、同社から、汎用凍結手術装置 142 システムの販売を完全に終了する連絡を受けました。

今後のメンテナンスにつきまして、下記の通りお知らせいたします。

汎用凍結手術装置 142 システムの修理部品、保守にかかわる部品に関しましては、厚生労働省届出の保守・整備期間（納品後 5 年）\*1 で必要想定数の部品確保体制を整えておりますが、弊社推奨点検、保守を実施されていない製品及び、適正使用外利用製品\*2 に関しましては、上記対応にお答えできかねる場合がございますのでご注意ください、ご容赦願います。

**また納品後 5 年以内の製品につきましても、保守部品を確保しておりますが、想定を上回る交換等が発生した場合は、部品が不足し、修理が困難な場合もございます。**

お客様、弊社製品お取扱業者様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、事情をお察しいたゞきご容赦願いますようお願い申し上げます。

\*1 製造販売後 5 年間の製品修理、保守の維持：

厚生労働省届出使用耐用年数 但し薬事法認可消失の場合を除く

\*2 汎用冷凍手術ユニット承認規定に基づいた使用をされていないもの

敬具